

**ERRATA DE EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 02593/2021.**

O Município de Pirai, através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, vem perante os interessados em participar do processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos, mobiliários e eletrodomésticos para as instalações do CTI - Centro de Tratamento Intensivo, COMUNICAR que **deverá ter sua data e hora considerada como dia 27/08/2021 às 09 horas**, com as devidas alterações no EDITAL desta licitação, nos seguintes termos:

**I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO (Item 16 do Termo de Referência e do Anexo II)**

**ONDE SE LÊ:**

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
16	3	<b>DEFIBRILADOR COM BATERIA</b> - PORTÁTIL E COMPACTO, COM ALÇA E SUPORTE DE PÁS NO PRÓPRIO GABINETE, COM SINCRONISMO COM MONITOR PARA CARDIOVERSÃO, INDICAÇÃO LUMINOSA DA ONDA "R".TECLADO DE MEMBRANA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA E FUNÇÕES COM INDICAÇÃO VISUAL. COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE ENERGIA DE ACORDO COM A PÁ UTILIZADA (ADULTO EXTERNO, ADULTO/INFANTIL INTERNO E INFANTIL EXTERNO).CIRCUITO ANULA CARGA AUTOMÁTICO QUE CANCELA A ENERGIA SELECIONADA APÓS 45 SEGUNDOS OU ATRAVÉS DE TECLA NO PAINEL, DESCARGA ACIONADA POR RELE SELADO A GÁS. TESTE DAS PÁS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO COM LÂMPADA NÉON PARA INDICAÇÃO DO DISPARO. PÁS PERMANENTE. ESCALAS DE 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 E 50 JOULES PARA DEFIBRILAÇÃO INTERNA ADULTO, INTERNA E EXTERNA INFANTIL. DE 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 E 360 JOULES PARA DEFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTO. TEMPO DE CARGA DE 09 A 15 SEGUNDOS DEPENDENDO DA CARGA SELECIONADA (NORMA IEC 601.2). ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA DE 90/230 V, 50/60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40 DISPAROS DE 360 JOULES.ITENS INCLUSOS: 01 CABO DE FORÇA, 01 CABO TERRA, 01 FUSÍVEL 3A COM RETARDO, 01 FUSÍVEL 15A, 01 JOGO DE PÁS EXTERNAS ADULTAS E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES: 10,5X39X35 CM. PESO: 8,2 KG.	16.822,24	50.466,72

**LEIA-SE:**

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
16	3	<b>APARELHO DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR</b> - DEFIBRILADOR COM CARACTERÍSTICAS DE PESO MÁXIMO DE 7KG COM BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTO DESEMPENHO COM TELA TAMANHO MÍNIMO DE 4" POLEGADAS. O EQUIPAMENTO DEVE REALIZAR A DEFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO NOS MODOS MANUAL, DESEMPENHAR A CARDIOVERSÃO MONITORADA COM SINCRONISMO COM ENTRADA DE INFORMAÇÕES DE ECG VIA CABO ECG OU PÁ; O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR PROVIDO DE TECNOLOGIA, POSSIBILITANDO ASSIM A ENTREGA DA ENERGIA FEITA ATRAVÉS DE PÁS RÍGIDAS EXTERNAS ADULTO E PEDIÁTRICO, TAMBÉM DISPONIBILIZAR CABOS PARA ELETRODOS ADESIVOS DE CARDIOVERSÃO E MARCA-PASSO, ADULTO E PEDIÁTRICO. MODOS DE OPERAÇÃO: DEFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO EXTERNA E INTERNA, SINCRONIZADA OU NÃO. COM MODO DE SELEÇÃO PARA FUNÇÕES PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO; CABOS ECG PARA MONITORAÇÃO, IMPRESSORA DE REGISTROS DOS EVENTOS EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO. ACOMPANHAMENTO DAS FUNÇÕES VIA TELA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V, REGISTRO ANVISA, COM OS	16.822,24	50.466,72



	<p>SEGUINTE MÓDULO DE OPERAÇÃO: MONITORAÇÃO DE ECG, MODO BIFÁSICO DE DISPARO, MARCA-PASSO TRANSCUTÂNEO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA. O FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGIÃO COM ESTOQUE MÍNIMO DE PEÇAS. O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECER MANUAL DE SERVIÇO, CONFORME O REGISTRADO NA ANVISA, E TODO O SISTEMA DEVE ATENDER A ESTAS ESPECIFICAÇÕES. TAMBÉM DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. O FORNECEDOR DEVERÁ REALIZAR TREINAMENTO PARA O USUÁRIO DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) HORAS, REPETIDO EM TURNOS E DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DO SETOR.</p>		
--	--	--	--

Pirai, 16 de agosto de 2021.

Mariana Cristina de Souza  
Setor de Compras e Licitações

